

Вопрос: [Ответить]

Добрый день!

Поз. 17 Технического задания ТЕРМОТЕСТ-100.

Характеристики указаны от снятого с производства прибора - ТЕРМОТЕСТ-100-02. Прибор ТЕРМОТЕСТ-100 имеет диапазон регулирования температуры, °С от -30 до +100 и отличается по другим характеристикам. Для указанного в Техническом задании диапазона, °С от +20 до +100 больше подходит ТЕРМОТЕСТ-150 (у него диапазон регулирования температуры, °С от +20 до +150), но он не внесен в ГосРеестр СИ РФ. Прошу Вас уточнить конкретную модель и технические характеристики ТЕРМОТЕСТА.

Ответ: Малахов Максим Александрович (СМиККЭ) т. 83462773482

Конкретная модель ТЕРМОТЕСТ-100.

Технические характеристики

1. Диапазон регулирования температуры, °С от минус 30 до плюс 100
2. Время выхода термостата до установленной температуры, ч, не более:
 - до установленной температуры минус 30 °С..... 1.5
 - до установленной температуры плюс 100 °С 1.5

Заместитель начальника СМиККЭ



Малахов М.А.