



Заместителю генерального  
директора – директору филиала  
ОАО «Тюменьэнерго»  
В.Г. Сорокину

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

ФИЛИАЛ «ТЮМЕНСКИЕ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ»  
СЕКТОР ИЗОЛЯЦИИ И ЗАЩИТЫ ОТ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

« 20 » 11 20 13 г.  
№ Т-13/14.1/65

### СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

О выборе победителя по открытому запросу цен  
PPS:2013.0757

Уважаемый Вячеслав Геннадьевич!

Специалистами СекИЗП совместно со службами СИЗП ТПО была проведена оценка предложений Участников по открытому запросу цен на поставку **хим. реагентов, хим. посуды, оборудования для хим. лаборатории**, объявленному на ЭТП «b2b-mrsk» от 21.10.2013г. №298078 (вскрытие состоялось 01.11.2013).

В результате проведенной оценки было установлено, что Участниками ЗАО «Химреактивснаб» и ООО «Крезол» в составе коммерческих предложений были обнаружены позиции не соответствующие по количеству, марке производителя, техническим характеристикам, единицам измерения поставляемого товара требованиям Технического задания, являющегося Приложением №1 к Закупочной документации, а именно:

1. В коммерческом предложении ЗАО «Химреактивснаб», предложившим наименьшую стоимость - 1 366 522,64 руб. (цена с НДС), выявлено:  
Поз.2,25- Поставка гидроокиси калия и углекислого безводного натрия на 300гр больше, чем предусмотрено Техническим заданием Заказчика;  
Поз.3 - Поставка Фенолфталеина на 90гр меньше, чем предусмотрено Техническим заданием Заказчика;  
Поз.7,9 – Не указан производитель янтарной и сульфосалициловой кислоты;  
Поз.22 – ГСО массовой доли ионола в соответствии с Техническим заданием Заказчика необходимо 7 шт., Участником предложен 1 набор, без указания количества шт. в нем;  
Поз.82-84 – Единицы измерения данных позиций не соответствуют Техническому заданию Заказчика (в коммерческом предложении участника – метры, в ТЗ – кг);  
Поз.113 – Пробоотборник Elchrom-DGA в КП GS с гермоузлом – не соответствует марке, указанной в ТЗ Заказчика;



Поз.56-58 – Бутылка с широкой горловиной GLS 80, в свою очередь участником предложен GL 80 – не соответствует марке, указанной в ТЗ Заказчика;  
Поз.59 – Дозатор SAFETY S-33, в свою очередь участником предложен Proline – не соответствует марке, указанной в ТЗ Заказчика;  
Поз.61-63 – Технические характеристики предлагаемых Участником колб не соответствуют требованиям Заказчика, низкое качество стекла;  
Поз.71 – Участником предложены элементы магнитные перемешивающие большего диаметра, чем предусмотрено в ТЗ Заказчика - 6 мм;  
Поз.89 – Наименование позиции «стекло часовое» не соответствует предусмотренному в ТЗ «Чаша в форме часового стекла»;  
Поз.102 – Количество тумб (1 шт.), предусмотренных в столе не соответствует требуемым (3 шт.);  
Поз.118,119 – Не указаны характеристики стекла бутылок-капельниц, когда в Техническом задании предусмотрены по поз. 118 – темное, по поз.119 – прозрачное;  
Поз.148,149 – Предложенные Участником стол и стол-приставка не соответствуют предусмотренным ТЗ размерам;  
Поз.160 – Предложенный участником термометр не соответствует по диапазону измеряемых температур.

2. В предложении Участника ООО «Крезол», занявшим второе место по стоимости поставки необходимого товара - 1 395 269,33 руб. (цена с НДС), найдены следующие замечания:

Поз.4,5 – Количество предлагаемых Участником упаковок по каждой из позиций не соответствует предусмотренным в ТЗ Заказчика;  
Поз.9 – Отсутствует ГОСТ по предлагаемой позиции (сульфосалициловая кислота);  
Поз.50-58 – Фирма-производитель по данным позициям (DURAN) не соответствует предусмотренному в ТЗ Заказчика (Schott);  
Поз.59 – Дозатор SAFETY S-33 в КП Участника Диспенсер Fortuna – не соответствует марке, указанной в ТЗ Заказчика;  
Поз.62,63 – Технические характеристики предлагаемых Участником колб не соответствуют требованиям Заказчика, низкое качество стекла;  
Поз.67 – Крышка с резьбой DURAN в КП Schott – не соответствует марке, указанной в ТЗ Заказчика;  
Поз.90 – Шпатель с канавкой в КП Шпатель-микроложечка – не соответствует указанным в ТЗ Заказчика техническим характеристикам;  
Поз.102 – Участником не указано количество тумб, предусмотренных в столе, когда ТЗ Заказчика предусмотрено наличие 3 шт.;  
Поз.36,129 – Единицы измерения по данным позициям не соответствуют ТЗ Заказчика;  
Поз.39 – Наименование позиции «якорь для магнитной мешалки 40\*8мм» (5 шт.)- не соответствует предусмотренной в ТЗ Заказчика «извлекатель магнитных перемешивающих устройств VOLA длина 250мм» (1 шт.);  
Поз.130 - Участником не указаны единицы измерения;  
Поз.43 – Титратор ручной АТП-1Д-30 в КП Титратор цифровой Биохит – не соответствует указанным в ТЗ Заказчика техническим характеристикам;  
Поз.44,46,47 – Шланг лабораторный в КП Трубка Kartell – не соответствует марке, указанной в ТЗ Заказчика;  
Поз.89 – Наименование позиции «стекло часовое» не соответствует предусмотренному в ТЗ «Чаша в форме часового стекла»;  
Поз.126 – Участником предложена одна чаша лабораторная, когда в ТЗ прописан комплект лотков, состоящий из 6 шт.;  
Поз.134 Наименование позиции «прихватка Hot Grip 2» не соответствует предусмотренной в ТЗ Заказчика «ухват для защиты при низких и высоких температурах»;



Поз.162 – Предложенный Участником расходомер не отвечает техническим требованиям данной позиции, т.к. в соответствии с ТЗ Заказчика необходим секундомер.

На основании п. 17 (б) Закупочной документации предлагаю Закупочной комиссии отклонить данных Участников от дальнейшего рассмотрения.

В связи с вышеуказанным предлагаю Закупочной комиссии выбрать победителем открытого запроса цен Участника **ООО «ПКФ «УралРеаХим**, предложившим 1 408 658,41 руб. (цена с НДС), так как его Предложение в полном объеме соответствует требованиям Заказчика.

Начальник СекИЗП СЭиР



А.М. Арбузов

Клюка И.С.,  
59-64-44

