

## Конкурс (тендер) № 48031

Предмет конкурса (тендера): Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку электроизмерительных, лабораторных и щитовых приборов для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2016 году

### Вопрос:

Добрый день! Просим принять к сведению что верная маркировка Счетчика СЕ603Н-0,05-240, без буквы К.

### Ответ:

Настаиваю на закупке ваттметра-счетчика эталонного многофункционального с маркировкой СЕ603КН-0,05-240, так как ваттметр-счетчик исполнения, полное условное обозначение которого содержит суффикс «К», обеспечивает измерение основных показателей качества электрической энергии. (см. Руководство по эксплуатации Ваттметр-счетчик эталонный многофункциональный СЕ 603 ИНЕС.411151.022 РЭ раздел 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, приложение к свидетельству об утверждении типа номер 28575/2).

Начальник СМикКЭ



Д.Л. Шмаков