

Протокол
рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре
31907847098

<https://www.msp.roseltorg.ru/>

«18» мая 2019г.

№ 31907847098/0225-1

Заказчиком является: АО "Тюменьэнерго"

Способ закупки: Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

1. **Наименование процедуры и предмет договора лота:**
Запрос предложений в электронной форме на поставку хроматографа для химлаборатории ИА АО «Тюменьэнерго»
2. **Начальная (максимальная) цена договора, лота:**
1 675 034,88 руб. (с учетом НДС)
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «06» мая 2019г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru>
4. По окончании срока подачи заявок до «20» мая 2019г. года было подано 3 заявки от участников. 0 заявок отозвано.
5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры:

Заявка №139027

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение.docx	В наличии

Заявка №136691

Наименование документа	Наличие документа у участника
Технические характеристики.docx	В наличии

Заявка №137744

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение.docx	В наличии

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый № заявки	Дата и время регистрации заявок	Дата и время внесения изменений в заявку	Решение о допуске заявки	Основание для решения
139027	20.05.2019 09:55	20.05.2019 10:01	Допущена	Первая часть заявки соответствует требованиям установленным в документации о закупке
136691	16.05.2019 11:42	17.05.2019 10:00	Не допущена	<p>Не соответствует</p> <p>п. 1.1.1. ТЗ – Отсутствует встроенная кнопочная клавиатура и дисплей. Согласно информации Федерального информационного фонда средств измерений, в приложении «Описание типа средств измерений» есть фото, из которого видно, что нет дисплея и клавиатуры.</p> <p>п. 1.1.4. ТЗ – Указана ложная информация, так как дозатор равновесного пара, пиролизер, десорбер, устройство концентрирования, фильтр каталитической очистки – являются периферийными устройствами и не входят в аналитический блок хроматографа, а также не входят в комплект поставки по представленному техническому заданию. По техническому заданию требуется указать независимые термостатирующие зоны аналитического блока хроматографа. Невозможность реализовать независимое выполнение двух анализов, техническое задание было на трехканальный прибор. В предлагаемом варианте все детекторы находятся на одной нагревательной платформе, т.е. на них можно будет задавать только одинаковую температуру, соответственно анализы выполняться будут только по</p>

				<p>очереди, что существенно снизит производительность прибора.</p> <p>п. 1.1.10. Не выполняется отношение сигнал/шум. По ТЗ требуется 1500:1, в описании типа средств измерений лишь 500:1.</p> <p>п. 1.1.11. ТЗ – ПО Хроматэк Аналитик – собственность Хроматэк, разработчик и владелец ПО «ХА» - ЗАО СКБ «Хроматэк» не передавал данные о протоколах третьим лицам, совмещение ПО невозможно.</p> <p>п. 1.4.1. Не соответствует требованиям ТЗ и характеристикам в описании типа средств измерений. Указана ложная информация, по описанию типа средств измерений, предел детектирования ПИД $2 \cdot 10^{-12}$, а не $1,1 \cdot 10^{-12}$, как того требует техническое задание. Предел детектирования указывает на чувствительность прибора, т.е. невозможность определять низкие концентрации примеси.</p> <p>п. 1.7.1. Не указан каталожный номер колонки. П. 3.3. ТЗ требует указать каталожный номер для каждой единицы оборудования, также см. п. 1.10., 1.13., 1.14., 1.16.1., 1.16.2., 1.16.3., 1.16.4., 1.16.5.</p>
137744	17.05.2019 09:50	17.05.2019 11:36	Допущена	Первая часть заявки соответствует требованиям установленным в документации о закупке

7. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Закупочная комиссия по приказу № 222 от 12.04.2019

Заявка №139027

Заместитель председателя комиссии	Решение
Чернявский Юрий Альфредович (Начальник ДЭБиПК АО "Тюменьэнерго")	Допущен

Заместитель председателя комиссии	Решение
Дьяков Анатолий Васильевич (начальник ДЭиР)	Допущен
Члены комиссии	Решение
Борисова Полина Владимировна (заместитель начальника отдела ЭАиБ УЭП)	Допущен
Пучков Андрей Владимирович (и.о. начальника ДФ)	Допущен
Шевелев Игорь Олегович (начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур)	Допущен
Голубева Елена Ивановна (специалист ведущий ОПОФХД ДПО)	Допущен

Заявка №136691

Заместитель председателя комиссии	Решение
Чернявский Юрий Альфредович (Начальник ДЭБиПК АО "Тюменьэнерго")	Не допущен
Заместитель председателя комиссии	Решение
Дьяков Анатолий Васильевич (начальник ДЭиР)	Не допущен
Члены комиссии	Решение
Борисова Полина Владимировна (заместитель начальника отдела ЭАиБ УЭП)	Не допущен
Пучков Андрей Владимирович (и.о. начальника ДФ)	Не допущен
Шевелев Игорь Олегович (начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур)	Не допущен
Голубева Елена Ивановна (специалист ведущий ОПОФХД ДПО)	Не допущен

Заявка №137744

Заместитель председателя комиссии	Решение
Чернявский Юрий Альфредович (Начальник ДЭБиПК АО "Тюменьэнерго")	Допущен

Заместитель председателя комиссии	Решение
Дьяков Анатолий Васильевич (начальник ДЭиР)	Допущен
Члены комиссии	Решение
Борисова Полина Владимировна (заместитель начальника отдела ЭАиБ УЭП)	Допущен
Пучков Андрей Владимирович (и.о. начальника ДФ)	Допущен
Шевелев Игорь Олегович (начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур)	Допущен
Голубева Елена Ивановна (специалист ведущий ОПОФХД ДПО)	Допущен

8. Протокол рассмотрения 1х частей заявок будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru> в течение дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.

Подписи членов комиссии:



 _____ Ю.А. Чернявский


 _____ А.В. Дьяков


 _____ П.В. Борисова


 _____ А.В. Пучков


 _____ И.О. Шевелев


 _____ Е.И. Голубева

Секретарь
 Закупочной комиссии


 _____ Н.М. Меженина