

Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению предложений и признанию закупочной процедуры несостоявшейся

№ 2016.0116(31603281366)/2

18.03.2016 г.

г. Сургут

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку тепловизора для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Закупочной комиссии:

Бурка Александр Эвалдсович – Директор АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Буткевич Виталий Федотович - заместитель директора - Главный инженер филиала

Члены Закупочной комиссии:

Коряков Владимир Геннадьевич - Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети

Меженин Евгений Владимирович - Заместитель начальника ПТС филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети

Бабаева Людмила Яковлевна - Заместитель директора по экономике и финансам филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Заремба Василий Вадимович - Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО АО "Тюменьэнерго"

Кочержинский Алексей Николаевич - Начальник ГДиОКЗ службы логистики и МТО филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Секретарь Закупочной комиссии:

Бондаренко Людмила Владимировна - Инженер ведущий ГДиОКЗ службы логистики и МТО филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении заявок Участников.

На открытый запрос цен на право заключения договора на поставку тепловизора для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, проводимого на ЭТП ПАО «Россети»: www.etp.rosseti.ru № 31603281366 (Извещение от 04.02.2016 г.; Цена по Извещению: 2 399 999,98 руб. (цена с НДС), поступило 2 (две) заявки (вскрытие конвертов состоялось 19.02.2016 г.) от следующих Участников:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в открытом запросе цен
1	ООО «Радоника» (107113, г. Москва, Площадь Сокольническая, дом 4А, офис 309)	Предложение: подано 18.02.2016 21:59 Цена: 2 350 000,00 руб. (цена с НДС)
2	ООО «ХК «ИНТРА ТУЛ» (195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 17, литера Т, помещение 18-Н, офис 14)	Предложение: подано 18.02.2016 14:30 Цена: 1 813 000,00 руб. (цена с НДС)

2. Об отклонении заявок участников закупки.

2.1. По конкурентной заявке ООО «Радоника», размещенной на ЭТП ПАО «Россети» www.etp.rosseti.ru, выявлены следующие несоответствия:

2.1.1. Предложенный участником эквивалентный товар (тепловизор DL700E+) не соответствует требованиям приложения 1 к закупочной документации, а именно:

№ п/п	Наименование технического параметра	Установленный технический параметр	Предложенный технический параметр
-------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

1	Пространственное разрешение	0,65 мрад для объектива 24° 0,33 мрад для объектива 12°	0,87 стандартный режим, 0,59 в режиме сверхвысокого разрешения
2	Поле зрения (FOV) / минимальное фокусное расстояние	24 ° × 18 ° / 0,3 м - штатный 12° x 9° / 1,2м - возможность установки	16 ° × 12 ° / 0,5 м - штатный 12° x 9° / 1,2м - возможность установки
3	Встроенная цифровая камера	2 мегапикселя с автофокусировкой и видеолампой	0.3 мегапикселя с автофокусировкой и видеолампой

2.1.2. не представлены следующие документы:

- расписка о согласии на проведение проверки Службой экономической безопасности АО «Тюменьэнерго» на предмет благонадежности, что не соответствует требованиям пункта 11 раздела II закупочной документации;
- вместо справки об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (форма код по КНД 1120101), ООО «Радоника» в заявку включена справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам (форма код по КНД 1160080), которая не является документом, подтверждающим исполнение обязанности организации по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов что не соответствует требованиям пункта 9 раздела II закупочной документации.

2.2. По конкурентной заявке ООО «ХК «ИНТРА ТУЛ», размещенной на ЭТП ПАО «Россети» www.etp.rosseti.ru, предложенный участником эквивалентный товар (тепловизор Testo 890) не соответствует требованиям приложения 1 к закупочной документации, а именно:

№ п/п	Наименование параметра	Установленный	Представленный участником
1	Пространственное разрешение	0,65 мрад для объектива 24° 0,33 мрад для объектива 12°	1,15 мрад для объектива 24° 0,42 мрад для объектива 15°
2	Электронное масштабирование	1-8х непрерывное с функцией панорамирования	1-3х непрерывное с функцией панорамирования
3	Частота кадров	30ГЦ (60/120Гц с кадированием)	9 Гц
4	Точность	+/- 1° С или +/- 1% от показаний	+/- 2°
5	Видоискатель	Встроенный, ЖК, с возможностью изменения угла, 800 x 600 пикселей	только дисплей

При указанных обстоятельствах предлагается отклонить заявки ООО «Радоника» и ООО «ХК «ИНТРА ТУЛ» (отказать в допуске) на основании пункта 29 раздела 1 закупочной документации.

3. О признании запроса цен несостоявшимся.

В связи с отказом в допуске всем участникам запроса цен, предлагается признать запрос цен не состоявшимся на основании подпункта «а» п. 7.5.2. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке).

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению итоги рассмотрения заявок участников;
2. По основаниям, указанным в описательной части настоящего протокола, отклонить заявки ООО «Радоника» и ООО «ХК «ИНТРА ТУЛ» (отказать в допуске);
3. Признать запрос цен несостоявшимся на основании п.п. «а» п. 7.5.2. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов закупочной комиссии.

«Против» — членов закупочной комиссии.


«Воздержалось» — членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:


_____ Бурка А.Э.

Зам. председателя закупочной комиссии:



_____ Буткевич В.Ф.

Зам. председателя закупочной комиссии:


_____ Романюк С.Н.

Члены закупочной комиссии:


_____ Коряков В.Г.


_____ Бабаева Л.Я.


_____ Кочержинский А.Н.


_____ Меженин Е.В.


_____ Заремба В.В.

Секретарь закупочной комиссии:


_____ Бондаренко Л.В.