

Протокол рассмотрения заявок участников

20.04.2017

31704858664/0231-2

Место проведения запроса предложений

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система ПАО «Российские сети» - www.etp-gosseti.ru

Место заседания комиссии

628187, Тюменская обл., г. Нягань, мкр. Энергетиков, 70

Дата и время проведения запроса предложений

Дата начала запроса предложений: 06.03.2017

Дата окончания запроса предложений: 21.03.2017

Сведения о заказчике

Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" (628408, Российская Федерация, г. Сургут, Тюменская обл., ХМАО-Югра л. Университетская, д.4)

Предмет запроса предложения

Название товара (услуги): Открытый запрос предложений на право заключения Договора на приобретение газового хроматографа для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс.

Краткое описание лота:

Приобретение газового хроматографа для нужд филиала АО "Тюменьэнерго"

Количество товара (услуг): 1 шт

Цена за единицу товара (услуги): 1 416 680,00 руб. (цена с НДС)

Общая стоимость контракта: 1 200 576,27 руб. (цена без НДС)

Условия оплаты:

Условия оплаты определены разделом 3 «Стоимость работ и порядок расчета» проекта договора (Приложение 2 к Закупочной документации).

Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу до-говора), заключенному по результатам закупки, составляет не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора).

Условия выполнения работ:

В соответствии с Техническим заданием (Приложение к ЗД 1)

Начало работ: с даты подписания договора.

Окончание выполнения работ: 30.08.2017 г.

Состав Закупочной комиссии

На заседании комиссии по рассмотрению поданных в ходе запроса предложений присутствовали:

Председатель Закупочной комиссии:

Соловьёв Андрей Владимирович; Директор филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс;

Зам. председателя Закупочной комиссии:

Выставкин Руслан Евгеньевич, Заместитель директора-главный инженер филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс;

Чернявский Юрий Альфредович, Начальник СЭБ АО "Тюменьэнерго"

Члены Закупочной комиссии:

Шевцов Алексей Алексеевич, Заместитель главного инженера по оперативному, технологическому и ситуационному управлению филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Заремба Василий Вадимович, Начальник СПРЗ ОРЗ УЛимТО

Пестерева Наталья Владимировна, Юрисконсульт 1 категории ГПО филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Дряхлов Александр Геннадьевич, Начальник ОЛИМТО филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Сведения о претендентах на участие в запросе предложений, подавших заявки на участие в запросе предложений

№	Наименование претендента на участие в закупке и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в закупке
1	ООО «Стройтехконтроль» 424000, Российская Федерация (РФ, Россия), Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Пушкина, 4	Приобретение газового хроматографа для нужд филиала АО "Тюменьэнерго", подано 21.03.2017 12:54 Цена: 1 135 832,60 руб. (цена с НДС)
2	ООО «ХРОМАТЭК ТД» 424000, Российская Федерация (РФ, Россия), Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Строителей, 94	Приобретение газового хроматографа для нужд филиала АО "Тюменьэнерго", подано 20.03.2017 10:52 Цена: 1 144 000,00 руб. (цена без НДС)
3	ООО Сервисный центр "Химаналитсервис"(606002, Российская Федерация (РФ, Россия), Нижегородская область, Дзержинск, Лермонтова, 20-83	Приобретение газового хроматографа для нужд филиала АО "Тюменьэнерго", подано 21.03.2017 13:34 Цена: 1 382 063,20 руб. (цена с НДС)
4	"Научно-производственное предприятие "Технологии приборостроения" (117420, Российская Федерация (РФ, Россия), Москва, Наметкина, д. 14, корпус 1)	Приобретение газового хроматографа для нужд филиала АО "Тюменьэнерго", подано 21.03.2017 12:13 Цена: 1 416 680,00 руб. (цена с НДС)
5	Индивидуальный предприниматель Кеникова Наталья Михайловна (620142, Российская Федерация (РФ, Россия), Свердловская область, Екатеринбург, Степана Разина, д. 76 оф. 62	Приобретение газового хроматографа для нужд филиала АО "Тюменьэнерго", подано 20.03.2017 18:14 Цена: 1 416 680,00 руб. (цена с НДС)

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Решение о допуске участников запроса предложений к итоговой оценке или об отказе в допуске участников запроса предложений к итоговой оценке

Комиссия, руководствуясь требованиями Документации, регламентирующей порядок проведения запроса предложений, провела рассмотрение заявок, представленных на участие в запросе предложений. В результате рассмотрения и изучения заявок на участие в запросе предложений и документов к ним, комиссия приняла решение:

2. Не допустить к итоговой оценке следующие заявки участников запроса предложений, подавших заявки на участие в запросе предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Обоснование принятого решения
---	------------------------------------	-------------------------------

ООО «Стройтехконтроль»
424000, Российская
Федерация (РФ, Россия),
Республика Марий Эл,
Йошкар-Ола, Пушкина, 4

Техническое предложение участника не соответствует техническому заданию: В техническом предложении участника (п.6.1 таблицы 1) указано, что предел детектирования ПИД составляет не более $1,3 \times 10^{-12}$ гС/с, а согласно информации Федерального информационного фонда средств измерений в «Описании типа средства измерений» предел детектирования ПИД предлагаемого эквивалента («Кристаллюкс 4000 М») в действительности составляет 2×10^{-12} гС/с, при требовании технического задания (п.5.1) не более $1,4 \times 10^{-12}$ гС/с. Участник в своем техническом предложении изменил технические характеристики предлагаемого эквивалента по данному параметру. На самом деле чувствительность предлагаемого прибора значительно ниже, что не позволит определять низкие концентрации загрязнений.

В техническом предложении участника (п.7.3 и п. 7.4 таблицы 1) указано, что относительное среднее квадратическое отклонение (СКО) для ПИД и ДТП составляет не более 0,1 и 1% соответственно, при этом согласно данных «Федерального информационного фонда средств измерений» из «Описания типа средства измерений» следует, что СКО для ПИД и ДТП предлагаемого эквивалента (Кристаллюкс 4000М) составляет не более 2% (для ПИД и ДТП), при требовании технического задания для ПИД и ДТП не более 0,1 и 1% соответственно. Сходимость между анализами у предлагаемого прибора в 10 раз ниже, чем требуется по техническому заданию.

В отношении участника получено отрицательное Заключение СБ АО «Тюменьэнерго».

В нарушение требований п.30.11.4 Информационной карты не предоставлена:

Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Справка должна быть оформлена в соответствии с приложением № 1 к приказу ФНС России от 21 июля 2014 г. N ММВ-7-8/378@ (форма код по КНД 1120101)

Руководствуясь п. 3.9.3.6 п.п. «а» «б» Закупочной документации заявку участника отклонить.

2	<p>ООО Сервисный центр "Химаналитсервис"(606002, Российская Федерация (РФ, Россия), Нижегородская область, Дзержинск, Лермонтова, 20-83</p>	<p>Техническое предложение участника не соответствует техническому заданию: В техническом предложении участника (п.2.2 таблицы 1) указано, что у предлагаемого эквивалента (Хромос GX-1000) имеется возможность резервного хранения хроматограмм в памяти хроматографа объемом до 4GB, как требуется в Техническом задании п.2.2, в действительности согласно данным Федерального информационного фонда средств измерений из «Описания типа средства измерений» у предлагаемого эквивалента Хромос GX-1000 такой возможности нет, это указывает на то, что любая поломка персонального компьютера во время проведения анализа приведёт к потере всей необходимой информации по проходящему анализу.</p> <p>В техническом задании участника (п.4.6 таблицы 1) указано, что Отклонение среднего установившегося значения температуры термостатов от заданного значения составляет 1,5%, а согласно «Описания типа средства измерений» отклонение предлагаемого эквивалента составляет 2,5%, что не соответствует требованиям технического задания- не более 1,5%.</p> <p>Участник в техническом предложении изменил технические характеристики предлагаемого эквивалента (Хромос GX-1000) по данному параметру и на самом деле данный параметр указывает на нестабильность заданной температуры, что при нагреве приведет к искажениям в результатах анализа.</p> <p>Руководствуясь п. 3.9.3.6 п.п. «б» Закупочной документации заявку участника отклонить.</p> <p>В отношении участника получено отрицательное Заключение СБ АО «Тюменьэнерго».</p> <p>В нарушение требований п.30.11.4 Информационной карты не предоставлена:</p> <p>Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Справка должна быть оформлена в соответствии с приложением № 1 к приказу ФНС России от 21 июля 2014 г. N ММВ-7-8/378@ (форма код по КНД 1120101) и выдана подразделением Федеральной налоговой службы (по месту государственной регистрации Участника.</p> <p>В нарушение требований п.30.11.3 Информационной карты не предоставлена:</p> <p>Референция банка, выданная не ранее, чем за 60 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок. Руководствуясь п. 3.9.3.6 п.п. «а» «б» Закупочной документации заявку участника отклонить.</p>
---	---	--

3	<p>ООО"Научно-производственное предприятие "Технологии приборостроения" (117420, Российская Федерация (РФ, Россия), Москва, Наметкина, д. 14, корпус 1)</p>	<p>Техническое предложение участника не соответствует техническому заданию: В техническом предложении участника (п.2.2 таблицы 1) указано, что у предлагаемого эквивалента (Хромос ГХ-1000) имеется возможность резервного хранения хроматограмм в памяти хроматографа объемом до 4GB, как требуется в Техническом задании п.2.2, в действительности согласно данных Федерального информационного фонда средств измерений из «Описания типа средства измерений» у предлагаемого эквивалента Хромос ГХ-1000 такой возможности нет, это указывает на то, что любая поломка персонального компьютера во время проведения анализа приведёт к потере всей необходимой информации по проходящему анализу.</p> <p>В техническом задании участника (п.4.6 таблицы 1) указано, что Отклонение среднего установившегося значения температуры термостатов от заданного значения составляет 1,5%, а согласно «Описания типа средства измерений» отклонение предлагаемого эквивалента составляет 2,5%, что не соответствует требованиям технического задания- не более 1,5%. Участник в техническом предложении изменил технические характеристики предлагаемого эквивалента (Хромос ГХ-1000) по данному параметру и на самом деле данный параметр указывает на нестабильность заданной температуры, что при нагреве приведет к искажениям в результатах анализа.</p> <p>Руководствуясь п. 3.9.3.6 п.п. «б» Закупочной документации заявку участника отклонить.</p>
---	---	--

1.2. Допустить к итоговой оценке следующие заявки участников запроса предложений, подавших заявки на участие в запросе предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в запросе предложений
1	<p>ООО «ХРОМАТЭК ТД» 424000, Российская Федерация (РФ, Россия), Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Строителей, 94</p>	<p>Приобретение газового хроматографа для нужд филиала АО "Тюменьэнерго, подано 20.03.2017 10:52 Цена: 1 144 000,00 руб. (цена без НДС)</p>
2	<p>Индивидуальный предприниматель Кеникова Наталья Михайловна (620142, Российская Федерация (РФ, Россия), Свердловская область, Екатеринбург, Степана Разина, д. 76 оф. 62</p>	<p>Приобретение газового хроматографа для нужд филиала АО "Тюменьэнерго", подано 20.03.2017 18:14 Цена: 1 416 680,00 руб. (цена с НДС) Цена: 1 200 576,27руб. (цена без НДС)</p>

РЕШИЛИ:

1. Допустить к итоговой оценке следующие заявки участников запроса предложений, ООО «ХРОМАТЭК ТД», Индивидуальный предприниматель Кеникова Наталья Михайловна

2. Руководствуясь п. 3.9.3.6 (а) (б) Закупочной документации заявки участников отклонить: ООО «Стройтехконтроль»; ООО Сервисный центр "Химаналитсервис"; ООО "Научно-производственное предприятие "Технологии приборостроения".

Результаты голосования комиссии

«ЗА»	<u>7</u> (<u>семь</u>)	Членов комиссии
«ПРОТИВ»	<u>0</u> (<u>ноль</u>)	Членов комиссии
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	<u>0</u> (<u>ноль</u>)	Членов комиссии
«ОТСУТСТВОВАЛО»	<u>0</u> (<u>ноль</u>)	Членов комиссии

Подписи членов Закупочной комиссии:


Председатель Закупочной комиссии:

Соловьёв Андрей Владимирович; Директор филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс;



Заместители председателя Закупочной комиссии:

Выставкин Руслан Евгеньевич, Заместитель директора-главный инженер филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс;
Чернявский Юрий Альфредович, Начальник СЭБ АО "Тюменьэнерго"



отраслевой м.б.

Члены Закупочной комиссии:

Шевцов Алексей Алексеевич, Заместитель главного инженера по оперативному, технологическому и ситуационному управлению филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс
Заремба Василий Вадимович, Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО АО "Тюменьэнерго"



отраслевой м.б.

Пестерева Наталья Владимировна, Юрисконсульт 1 категории ГПО филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс
Русаков Владимир Михайлович, Специалист ведущий ГБ филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс



Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Дряхлов Александр Геннадьевич, Начальник ОЛиМТО филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс»
Протокол № 31704858664/0231-2
«20» апреля 2017г.

Открытый запрос предложений на право заключения Договора на приобретение газового хроматографа для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс.

1. Вопрос №1

О допуске заявок участников запроса предложений к итоговой оценке заявок.

Проект решения:

1.1 Не допустить к итоговой оценке заявки ООО «Стройтехконтроль», ООО Сервисный центр "Химаналитсервис", ООО "Научно-производственное предприятие "Технологии приборостроения".

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

1.2 Допустить к итоговой оценке заявки ООО «ХРОМАТЭК ТД», Индивидуальный предприниматель Кеникова Наталья Михайловна.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Особое мнение либо замечания члена Комиссии (при наличии):

Член Закупочной Комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
Энергокомплекс



(подпись)

/Заремба В.В./

Без подписей Члена Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «20» апреля 2017 года.

Уважаемые члены Закупочной комиссии! Напоминаем Вам, что Вы в течение 2 рабочих дней обязаны проголосовать одним из следующих способов: «за», «против», «воздержался» и, при наличии, выразить свое особое мнение в опросном листе либо письмом и представить эти документы ответственному секретарю (лично, либо по почте, либо посредством электронной почты в сканированных документах, либо по факсу (34672) 93-1-75). В случае отсутствия ответа от члена комиссии в течение указанного срока, считается, что член комиссии не принял участие в голосовании и не включается в состав членов комиссии при определении кворума.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс»
Протокол № № 31704858664/0231-2
«20» апреля 2017г.

Открытый запрос предложений на право заключения Договора на приобретение газового хроматографа для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс.

1. Вопрос №1

О допуске заявок участников запроса предложений к итоговой оценке заявок.

Проект решения:

1.1 Не допустить к итоговой оценке заявки ООО «Стройтехконтроль», ООО Сервисный центр "Химаналитсервис", ООО "Научно-производственное предприятие "Технологии приборостроения".

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

1.2 Допустить к итоговой оценке заявки ООО «ХРОМАТЭК ТД», Индивидуальный предприниматель Кеникова Наталья Михайловна.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Особое мнение либо замечания члена Комиссии (при наличии):

Заместитель Председателя Закупочной Комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
Энергокомплексе


/Чернявский Ю.А./
(подпись)

Без подписи Члена Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «20» апреля 2017 года.

Уважаемые члены Закупочной комиссии! Напоминаем Вам, что Вы в течение 2 рабочих дней обязаны проголосовать одним из следующих способов: «за», «против», «воздержался» и, при наличии, выразить свое особое мнение в опросном листе либо письмом и представить эти документы ответственному секретарю (лично, либо по почте, либо посредством электронной почты в сканированных документах, либо по факсу (34672) 93-1-75). В случае отсутствия ответа от члена комиссии в течение указанного срока, считается, что член комиссии не принял участие в голосовании и не включается в состав членов комиссии при определении кворума.